



422700, пос.ж/д ст. Высокая Гора,
ул. Зеленая, 3
тел.факс (84365)2-33-58

422700, Биектау тимер юл станциясе поселогы,
Зеленая урамы, 3
тел.факс (84365)2-33-58

№

« 25 » ноября 2015г.

Министру здравоохранения
Вафину А.Ю.

Уважаемый Адель Юнусович!

В рамках пилотного проекта по апробации мобильных телемедицинских комплексов в ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» поступило оборудование для удаленной комплексной функциональной диагностики пациентов, установка которого осуществлялась компанией ООО «Телемедицинские технологии» без сопровождения эксплуатации.

Оборудование (анализатор Нв, глюкозы и холестерина крови, ЭКГ, ОАМ, спирография, ЭЭГ, суточное мониторирование артериального давления, Холтер - ЭКГ) было установлено в поликлинике ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» и в Бирюлинской амбулатории. За время апробации было произведено 73 исследования, из них, в частности - 28 исследований - суточное мониторирование артериального давления и 45 исследований - Холтер - ЭКГ. Количество обслуженных пациентов – 45 человек.

Исследования (ЭКГ и др.) проводятся после подключения блоков к компьютеру, результаты исследований для интерпретации врачом ЛПУ выводятся только с использованием специальной программы на монитор персонального компьютера или на стационарный принтер. Перенос накопленной информации по суточному мониторированию с носимых приборов Холтер АД и ЭКГ в специальную программу осуществляется через промежуточный носитель информации (флеш-карта).

Из-за отсутствия программы для просмотра снятых данных Холтер – ЭКГ и СМАД на рабочем компьютере врача в ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» расшифровка результатов исследований не проводилась. За время опытной эксплуатации ни одного результата мониторирования АД и ЭКГ не было получено. Нет возможности передать эти данные для анализа в другом медицинском учреждении (в отличии от передачи медицинских изображений в формате DICOM-3). Связь с программой ЕГИС ЭЗ РТ отсутствует, то есть нет возможности работы с базой данных прикрепленного населения, подготовки списка населения подлежащего исследованиям (например, диспансеризации), выборкой необходимых массивов данных.

Отмечаем также, что тестовая эксплуатация указанного программно-аппаратного комплекса в ГАУЗ «Высокогорская ЦРБ» проводилась в ограниченном объеме, поскольку отсутствовала техническая поддержка со стороны разработчика непосредственно на месте эксплуатации (только вводный инструктаж).

Главный врач

Э.Ф. Шарафеев