



Министерство здравоохранения
Нижегородской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«Городская клиническая больница № 5
Нижегородского района
г. Нижнего Новгорода»

ул. Нестерова, д. 34, г. Нижний Новгород, 603005
тел.: (831) 436-22-65, факс: (831) 436-66-97
<http://www.gkb5.ms09.ru>
e-mail: gkb5@sandy.ru

Директору ГБУЗ НО «МИАЦ»
А.А. Коновалову

29.02.2016 № 01-66ис
на № _____ от _____

г О работе оборудования 7

Администрация ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5» в ответ на Ваше письмо от 29.02.2016г. № 01-38/39 сообщает следующее.

Компьютерный телемедицинский комплекс в составе приборов электрокардиограф "КАРДИОЛАБ" находился на клинических испытаниях в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5» с 22.01.2016г. по настоящее время. Холтеровский монитор "КАРДИОСЕНС - К" и суточный манитор артериального давления находился на клинических испытаниях в ГБУЗ НО «ГКБ № 5» с 22.01.2016г. по 04.02.2016г.

В результате проведения ЭКГ исследования были выявлены следующие эксплуатационные особенности электрокардиографа, а именно:

1. ПРИБОР ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ЗАПИСИ ЭКГ;
2. ПРИБОР ПРОСТ В РАБОТЕ И НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ;
3. ОБЛАДАЕТ ЕДИНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЕСТИ АРХИВ ЭКГ - ИССЛЕДОВАНИЙ;
4. ЭКГ ПЕЧАТАЕТСЯ НА БУМАГЕ ФОРМАТА А 4, НА ЛАЗЕРНОМ

ПРИНТЕРЕ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ТЕРМОБУМАГУ.

В результате проведения холтеровского и АД – мониторинга были выявлены следующие эксплуатационные особенности прибора:

1. МНОГОСТУПЕНЧАТОСТЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ЭКГ;
2. УСЛОЖНЕН АЛГОРИТМ РУЧНОГО (ВРАЧЕБНОГО) ПРОСМОТРА И КОРРЕКЦИИ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ;
3. ЭКГ-МТ И СМАД ПРОВОДЯТСЯ РАЗДЕЛЬНО, НЕ СИНХРОНИЗИРОВАННО В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ;

По сравнению с холтеровской системой "МИОКАРД-ХОЛТЕР" (г. Саров) находящейся в эксплуатации в настоящее время "КАРДИОСЕНС - К" и суточный монитор АД необоснованно усложнен для проведения врачебного анализа, что затрудняет диагностику сложных нарушений ритма и проводимости, которые встречаются у большинства пациентов нашей клиники.

Главный врач

Н.Н. Сухачева



Министерство здравоохранения
Нижегородской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
**ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 30
МОСКОВСКОГО РАЙОНА
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
(ГБУЗ НО «ГКБ № 30
МОСКОВСКОГО РАЙОНА»)**

ул. Березовская, д. 85А, г. Нижний Новгород, 603157
тел./факс: 8 (831) 274-43-77
e-mail: post@hospital30.ru

Генеральному директору
ООО «Телемедицинские технологии»

В.А.Мальцеву

07.11.2016 № 830
на № _____ от _____

Уважаемый Владимир Александрович!

В рамках пилотного проекта по апробации мобильных телемедицинских комплексов в ГБУЗ НО «ГКБ №30 Московского района» поступило следующее оборудование разработанное и произведенное ООО «МедПромИнжиниринг»: кардиологический компьютерный комплекс, ЭКГ, АД-МТ, ЭКГ-МТ.

За время апробации было произведено:

	В амбулаторных условиях	В условиях стационара
ЭКГ	13	1660
Холтер	71	76

По оценке работников ГБУЗ НО «ГКБ №30 Московского района», оборудование является комфортным в ежедневном использовании, высокоинформативным с удобным интерфейсом и широкими возможностями программы.

Главный врач

И.Н.Романов